

Экспертное заключение
по закупкам товаров по лоту 1 «Иммуноферментный анализатор» способом открытого тендера

№ п/п	Критерии оценки	ТОО «VELD»	ТОО «КБ Диагностика»
1	Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров в течение последних 10 (десяти) лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями актов приема – передачи поставленных товаров	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены
2	Если гарантийный период товаров, работ и услуг в тендерной заявке больше базового, указанного в тендерной документации	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены
3	Наличие у потенциального поставщика государственной лицензии соответствующей предмету закупаемых товаров	Имеется	Имеется
4	Соответствие поставляемых товаров функциональным техническим характеристикам и требованиям, установленным в технической спецификации тендерной документации	Соответствует	Соответствует
5	Соответствие пунктам 3, 4, 6, 7 и подпункту 5.1 пункта 5 Технической спецификации (приложение 3 к Тендерной документации)	Соответствует	Не соответствует
6	Примечание (указать все установленные несоответствия и/или замечания)		1) представленное авторизационное письмо от компании ООО «Биосан» не является оригиналом и нотариально не заверено.

Руководитель экспертной комиссии:

Булембаев Тлеуберген Даулетович - инженер по лабораторному и медицинскому оборудованию департамента организации и развития трансляционной медицины и долголетия

16.03.12
(дата)


(подпись)


Члены экспертной комиссии:

Гуляев Александр Евгеньевич- ведущий научный сотрудник департамента
организации и развития трансляционной медицины и долголетия

Ибрашева Дильбар Эриковна- младший научный сотрудник департамента
организации и развития геномики и персональной медицины

16.03.12
(дата)

16.03.12
(дата)


(подпись)


(подпись)



**Экспертное заключение
по закупкам товаров по лоту 2 «Ультразвуковой прибор экспертного класса» способом открытого тендера**

№ п/п	Критерии оценки	ТОО «ГИЗА-ФАРМ»	ТОО «ВИКАМБ»
1	Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров в течение последних 10 (десяти) лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями актов приема – передачи поставленных товаров	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены	Документы подтверждают наличие опыта работы – 5 полных лет
2	Если гарантийный период товаров, работ и услуг в тендерной заявке больше базового, указанного в тендерной документации	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены
3	Наличие у потенциального поставщика государственной лицензии соответствующей предмету закупаемых товаров	Имеется	Имеется
4	Соответствие поставляемых товаров функциональным техническим характеристикам и требованиям, установленным в технической спецификации тендерной документации	Не соответствует	Не соответствует
5	Соответствие пунктам 3, 4, 6, 7 и подпункту 5.1 пункта 5 Технической спецификации (приложение 3 к Тендерной документации)	Соответствует	Соответствует
6	Примечание (указать все установленные несоответствия и/или замечания)	1) В утвержденной технической спецификации указано, что в М режиме должны производиться следующие измерения: линейная скорость, временные интервалы, индекс резистентности, пульсационный индекс, степень сжатия, частота сердечных сокращений, автоматический расчет кривых скоростей	1) В утвержденной технической спецификации указано, что в М режиме должны производиться следующие измерения: линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности, пульсационный индекс, степень сжатия, частота сердечных сокращений, автоматический расчет кривых скоростей

	<p>параметров кривых скоростей выбора параметров для автоматического расчета гемодинамики. Потенциальным поставщиком указывается что данные измерения производятся в D-режиме.</p>	<p>кровотока, возможность выбора параметров для автоматического расчета гемодинамики. Потенциальным поставщиком указывается что данные измерения производятся в D-режиме.</p>
--	--	---

Руководитель экспертной комиссии:

Булембаев Тлеуберген Даулетович - инженер по лабораторному и медицинскому оборудованию департамента организации и развития трансляционной медицины и долголетия


16.03.12
(дата)


(подпись)

Члены экспертной комиссии:

Гуляев Александр Евгеньевич- ведущий научный сотрудник департамента организации и развития трансляционной медицины и долголетия

16.03.12
(дата)


(подпись)

Ибрашева Дильбар Эриковна- младший научный сотрудник департамента организации и развития геномики и персональной медицины

16.03.12
(дата)


(подпись)

**Экспертное заключение
по закупкам товаров по лоту 4 «Аппарат для уничтожения отходов» способом открытого тендера**

№ п/п	Критерии оценки	ТОО «VELD»
1	Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров в течение последних 10 (десяти) лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями актов приема – передачи поставленных товаров	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены
2	Если гарантийный период товаров, работ и услуг в тендерной заявке больше базового, указанного в тендерной документации	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены
3	Наличие у потенциального поставщика государственной лицензии соответствующей предмету закупаемых товаров	Предмет закупки по данному лоту не подразумевает наличие государственной лицензии у Поставщика. Оборудование не является медицинским, а относится к товарам общего назначения, поэтому данный вид деятельности Поставщика (поставка и пуск в эксплуатацию) лицензированию не подлежит.
4	Соответствие поставляемых товаров функциональным техническим характеристикам и требованиям, установленным в технической спецификации тендерной документации	Соответствует
5	Соответствие пунктам 3, 4, 6, 7 и подпункту 5.1 пункта 5 Технической спецификации (приложение 3 к Тендерной документации)	Соответствует
6	Примечание (указать все установленные несоответствия и/или замечания)	

Руководитель экспертной комиссии:

Булембаев Тлеуберген Даулетович - инженер по лабораторному и медицинскому оборудованию департамента организации и развития трансляционной медицины и долголетия

16.03.12
(дата)


(подпись)

Члены экспертной комиссии:

Гуляев Александр Евгеньевич- ведущий научный сотрудник департамента организации и развития трансляционной медицины и долголетия

16.03.2012
(дата)


(подпись)

Ибрашева Дильбар Эриковна- младший научный сотрудник департамента организации и развития геномики и персональной медицины

16.03.12
(дата)


(подпись)



**Экспертное заключение
по закупкам товаров по лоту 5 «ДНК синтезатор» способом открытого тендера**

№ п/п	Критерии оценки	ТОО «КБ Диагностика»	ТОО «ВИКАМБ»
1	Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров в течение последних 10 (десяти) лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями актов приема – передачи поставленных товаров	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены
2	Если гарантийный период товаров, работ и услуг в тендерной заявке больше базового, указанного в тендерной документации	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены
3	Наличие у потенциального поставщика государственной лицензии соответствующей предмету закупаемых товаров	Предмет закупок по данному лоту не подразумевает наличие государственной лицензии у Поставщика. Оборудование не является медицинским, а относится к товарам общего назначения, поэтому данный вид деятельности Поставщика (поставка и пуск в эксплуатацию) лицензированию не подлежит.	
4	Соответствие поставляемых товаров функциональным техническим характеристикам и требованиям, установленным в технической спецификации тендерной документации	Соответствует	Соответствует
5	Соответствие пунктам 3, 4, 6, 7 и подпункту 5.1 пункта 5 Технической спецификации (приложение 3 к Тендерной документации)	Не соответствует	Соответствует
6	Примечание (указать все установленные несоответствия и/или замечания)	1) Представленные авторизационные письма не подтверждают партнерские отношения между потенциальным поставщиком и производителем оборудования. ООО «Гринвэн» не уполномочен давать авторизационное письмо от своего имени, от имени производителя либо его регионального представителя.	

Бунд *М*

Руководитель экспертной комиссии:

Булембаев Глеуберген Даулетович - инженер по лабораторному и медицинскому оборудованию департамента организации и развития трансляционной медицины и долголетия

16.03.12
(дата)


(подпись)

Члены экспертной комиссии:


Гуляев Александр Евгеньевич- ведущий научный сотрудник департамента организации и развития трансляционной медицины и долголетия

16.03.12
(дата)


(подпись)

Ибрашева Дильбар Эриковна- младший научный сотрудник департамента организации и развития геномики и персональной медицины

16.03.12
(дата)


(подпись)