

## ПРОТОКОЛ №1-16-2

об итогах тендера по закупкам товаров по комплектации лабораторий  
частного учреждения «Центр наук о жизни» (по лотам)

г. Астана,  
пр. Кабанбай батыра, 53,  
каб. 9105

11 час. 00 мин., 27 декабря 2012 года

### СОСТАВ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

1. Тендерная комиссия в составе:

Председателя тендерной комиссии:

Турсумуратов Д.Т.                      заместитель Генерального директора по  
административно-финансовым вопросам;

Заместителя председателя тендерной комиссии:

Исаева Р.Б.                      заместитель Генерального директора по  
операционной деятельности и стратегии частного  
учреждения «Центр наук о жизни»;

Члены тендерной комиссии:

Балтина А.С.                      главный экономист частного учреждения «Центр  
наук о жизни»;

Нургожин Т.С.                      директор Департамента организации и развития  
трансляционной медицины, долголетия и  
глобального здоровья «Центр наук о жизни»;

Буланин Д.С.                      директор Департамента регенеративной медицины и  
искусственных органов частного учреждения  
«Центр наук о жизни»;

Демесинов Т.С.                      юрист Департамента по административно-  
правовому обеспечению частного учреждения  
«Центр наук о жизни»;

Кауленова З.Е.                      менеджер по закупу/управлению материально-  
техническим обеспечением частного учреждения  
«Центр наук о жизни»;

Матыганова Б.Т.                      заместитель главного бухгалтера Отдела  
бухгалтерского учета;

Жакенова А.К.                      юрист Юридического отдела;

Сулейменова Г.Б.                      директор Департамента закупок и материально-  
технического обеспечения;

Нурмаганбетова Т.К.                      начальник Отдела экономического планирования;

Авзал С.                      старший менеджер Департамента закупок и  
материально-технического обеспечения,

и экспертная комиссия в составе:

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.*

Руководитель

экспертной комиссии:

Члены экспертной  
комиссии:

Булембаева Т.Д. – инженер по лабораторному и медицинскому оборудованию Департамента организации и развития трансляционной медицины, долголетия и глобального здоровья частного учреждения «Центр наук о жизни»;

Аскарова Ш.Н. – директор Департамента биомедицинской инженерии, инновационных клеточных технологий и трансплантологии частного учреждения «Центр наук о жизни»;

Ибрашева Д.Э. – и.о. директора Департамента организации и развития геномики и персонализационной медицины частного учреждения «Центр наук о жизни»;

Гуляев А.Е. – ведущий научный сотрудник Департамента организации и развития трансляционной медицины, долголетия и глобального здоровья частного учреждения «Центр наук о жизни»,

созданные в соответствии с приказом Генерального директора частного учреждения «Nazarbayev University Research and Innovation System» от 01 ноября 2012 года № 171 рассмотрели тендерные заявки по закупкам товаров по комплектации лабораторий частного учреждения «Центр наук о жизни» по лотам:

лот №1 «Инвертированный флуоресцентный микроскоп»;


лот №2 «Автоматическая окрашивающая станция».

2. Секретарем тендерной комиссии назначен старший менеджер Департамента закупок и материально-технического обеспечения частного учреждения «Nazarbayev University Research and Innovation System» Сагинов Б.С.

3. Тендерная комиссия при организации, проведении и подведении итогов тендера руководствовалась Правилами закупок товаров, работ, услуг, утвержденных решением Попечительского совета автономной организации образования «Назарбаев Университет» от 10 декабря 2011 года (протокол № 3) (далее – Правила).

### СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ ЗАЯВКАХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

4. До истечения окончательного срока предоставления заявок на участие в тендере, установленного в тендерной документации (10:00 местного времени 22



ноября 2012 года), заявки на участие в тендере предоставлены следующими потенциальными поставщиками:

№	Полное наименование поставщика	Юридический адрес потенциального поставщика	Дата и время предоставления заявок на участие в тендере	Заявка на участие в тендере представлена по лоту(-ам)
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Алатау»	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Щербакова, дом 2/22, кв.2	17:07 21.11.2012 г.	1
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «ФИРМА АЗИЯ-МЕД»	050038, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сауранбаева, 6	17:11 21.11.2012 г.	1
3	Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолдау»	050016, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, д.148 кв.1	09:40 22.11.2012 г.	1,2
4	Товарищество с ограниченной ответственностью «Юмгискор Холдинг»	140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Короленко, д.99	09:49 22.11.2012 г.	1
5	Товарищество с ограниченной ответственностью «Промикс.KZ»	010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Окжетпес, д.41	09:52 22.11.2012 г.	1

### СУММА, ВЫДЕЛЕННАЯ ДЛЯ ЗАКУПКИ

5. Суммы, выделенные для закупки:  
по лоту №1 «Инвертированный флуоресцентный микроскоп»: 24111000  
(двадцать четыре миллиона сто одиннадцать тысяч) тенге, без учета НДС;

*[Handwritten signatures and stamps]*

по лоту №2 «Автоматическая окрашивающая станция»: 9625000 (девять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) тенге, без учета НДС.

## ОТКЛОНЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

6. В ходе рассмотрения заявок потенциальных поставщиков тендерная комиссия, принимая во внимание экспертное заключение, предоставленное экспертной комиссией для подтверждения соответствия технических спецификаций предоставленных потенциальными поставщиками требованиям установленным в технической спецификации тендерной документации, отметила следующее:

по лоту №1:

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Алатау»:**

- несоответствие предлагаемых потенциальным поставщиком товаров требованиям, установленным в технической спецификации тендерной документации, согласно заключению экспертной комиссии.

**Товарищество с ограниченной ответственностью «ФИРМА АЗИЯ-МЕД»:**

- несоответствие предлагаемых потенциальным поставщиком товаров требованиям, установленным в технической спецификации тендерной документации, согласно заключению экспертной комиссии.

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолдау»:**

- несоответствие предлагаемых потенциальным поставщиком товаров требованиям, установленным в технической спецификации тендерной документации, согласно заключению экспертной комиссии.

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Юмгискор Холдинг»:**

- несоответствие предлагаемых потенциальным поставщиком товаров требованиям, установленным в технической спецификации тендерной документации, согласно заключению экспертной комиссии.

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Промикс.KZ»:**

- несоответствие предлагаемых потенциальным поставщиком товаров требованиям, установленным в технической спецификации тендерной документации, согласно заключению экспертной комиссии.

по лоту №2:

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолдау»:**

- несоответствие предлагаемых потенциальным поставщиком товаров требованиям, установленным в технической спецификации тендерной документации, согласно заключению экспертной комиссии.

### Примечание:

Тендерной комиссией нижеследующая информация была учтена в качестве замечания, являющейся формальным несоответствием требованиям тендерной документации и не влияющей на качественное рассмотрение тендерной комиссией заявок на участие в тендере:

*[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]*

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Юмгискор Холдинг»:** в тендерной заявке и гарантийном обязательстве не верно указано наименование частного учреждения «Nazarbayev University Research and Innovation System»;

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Промикс.KZ»:** в тендерной заявке и гарантийном обязательстве не верно указано наименование частного учреждения «Nazarbayev University Research and Innovation System».

Таким образом, учитывая вышеизложенные замечания на основании подпункта 1) пункта 80 Правил тендерная комиссия отклонила заявки на участие в тендере по закупкам товаров по комплектации лабораторий частного учреждения «Центр наук о жизни» следующих потенциальных поставщиков:

по лоту №1:

1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Алатау»;

2) Товарищество с ограниченной ответственностью «ФИРМА АЗИЯ-МЕД»;

3) Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолдау»;

4) Товарищество с ограниченной ответственностью «Юмгискор Холдинг»;

5) Товарищество с ограниченной ответственностью «Промикс.KZ»;

по лоту №2:

1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолдау»,  
в связи с несоответствием требованиям тендерной документации.

## **ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ**

7. В связи с отклонением всех заявок на участие в тендере по закупкам товаров по комплектации лабораторий частного учреждения «Центр наук о жизни» по лотам №1 и 2, тендерная комиссия не сопоставляла, не оценивала заявки на участие в тендере и не определяла их условное понижение цены по критериям, указанным в пункте 11 тендерной документации.

## **РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ**

8. Тендерная комиссия, по результатам рассмотрения заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере по закупкам товаров по комплектации лабораторий частного учреждения «Центр наук о жизни» при наличии кворума единогласно **РЕШИЛА:**

в связи с отклонением заявок потенциальных поставщиков и наличием менее 2 (двух) заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков на основании подпункта 3) пункта 84 Правил, признать тендер по закупкам товаров по комплектации лабораторий частного учреждения «Центр наук о жизни» по лотам №1 и 2 не состоявшимся.

9. Организатору закупок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола об итогах тендера разместить протокол об итогах тендера на интернет-ресурсе.



## СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ

10. Запросы в соответствии с пунктом 77 Правил потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам со стороны тендерной комиссии не направлялись.

За данное решение проголосовали:

ЗА – 12 (двенадцать) голосов (Турсумуратов Д.Т., Исаева Р.Б., Балтина А.С., Нургожин Т.С., Буланин Д.С., Демесинов Т.С., Кауленова З.Е., Матыганова Б.Т., Жакенова А.К., Сулейменова Г.Б., Нурмаганбетова Т.К., Авзал С.);


ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.


Председатель  
тендерной комиссии:

Заместитель Председателя  
тендерной комиссии:

Члены тендерной комиссии:



Турсумуратов Д.Т.



Исаева Р.Б.



Балтина А.С.



Нургожин Т.С.




Буланин Д.С.



Демесинов Т.С.



Кауленова З.Е.



Матыганова Б.Т.



Жакенова А.К.



Сулейменова Г.Б.



Нурмаганбетова Т.К.



Авзал С.

Секретарь тендерной комиссии:



Сагинов Б.С.



**Экспертное заключение**  
по закупкам товаров по комплектации лабораторий частного учреждения «Центр наук о жизни»  
по лоту №1 «Инвертированный флуоресцентный микроскоп»

№ п/п	Критерии оценки	ТОО «Торговый дом Алатау»	ТОО «Азия-Мед»	ТОО «Жолдау»
1.	Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в течение последних 10 (десяти) лет, подтвержденное соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями актов приема - передач поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг***	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены
2.	Если гарантийный период товаров, работ, услуг в тендерной заявке больше базового, указанного в тендерной документации	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены
3.	Наличие у потенциального поставщика государственной лицензии соответствующей предмету закупаемых товаров, работ, услуг (в случае если закупки, подлежат обязательному лицензированию)	Имеется	Имеется	Имеется
4.	Соответствие поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг функциональным техническим характеристикам и требованиям, установленным в технической спецификации тендерной документации	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует

<p>5</p> <p>Примечание: (указать все установленные несоответствия и/или замечания)</p>	<p>Согласно пункту 2 «Технические характеристики» к приложению 3 к Тендерной документации, срок службы холодного источника света должен быть не 2000 часов, потенциальным поставщиком предлагается холодный источник света со сроком службы 200 часов.</p>	<p>Согласно пункту 2 «Технические характеристики» к приложению 3 к Тендерной документации, срок службы холодного источника света должен быть не 2000 часов, потенциальным поставщиком предлагается камера с разрешением 1388 x 1040. Выдержка (экспозиция) камеры должна быть в диапазоне не менее, чем от 7 микросекунд до 10 минут, потенциальным поставщиком предлагается камера с экспозицией от 1 микросекунды до 60 секунд.</p> <p>Согласно Технической спецификации в наличии должен быть подогреваемый столик, потенциальным поставщиком предлагается предметный столик без функции подогрева;</p> <p>Отсутствует описание предлагаемого штатива;</p> <p>Отсутствует информация о наличии функции контроля внешнего источника света с фронтальной стороны;</p> <p>Отсутствует информация возможности управления внешними устройствами через TTL;</p> <p>Отсутствует описание предлагаемого программного обеспечения.</p>
	<p>Согласно пункту 2 «Технические характеристики» к приложению 3 к Тендерной документации, срок службы холодного источника света должен быть не 2000 часов, потенциальным поставщиком предлагается</p>	<p>Имеются несоответствия предлагаемого оборудования пункту 2 «Технические и качественные характеристики» приложения 3 к Тендерной документации, а именно:</p> <p>1. Технической спецификацией предусмотрено наличие не менее 5 галогеновых ламп, потенциальным поставщиком предлагается 2 лампы;</p> <p>2. В технической спецификации требуется наличие четырех систем фильтров, тогда как потенциальным поставщиком предлагается три набора фильтров, при этом длины волн предлагаемых фильтров не соответствуют требуемым в технической спецификации длинам волн.</p> <p>3. В наличии должен быть универсальный конденсор с не менее чем 7 позиционным диском, потенциальным поставщиком предлагается 6 позиционный диск;</p> <p>4. Согласно требованиям Технической спецификации разрешение камеры должно быть не менее 1392 x 1040 пикселей, потенциальным поставщиком предлагается камера с разрешением 1388 x 1040. Выдержка (экспозиция) камеры должна быть в диапазоне не менее, чем от 7 микросекунд до 10 минут, потенциальным поставщиком предлагается камера с экспозицией от 1 микросекунды до 60 секунд.</p> <p>5. Согласно Технической спецификации в наличии должен быть подогреваемый столик, потенциальным поставщиком предлагается предметный столик без функции подогрева;</p> <p>6. Отсутствует описание предлагаемого штатива;</p> <p>7. Отсутствует информация о наличии функции контроля внешнего источника света с фронтальной стороны;</p> <p>8. Отсутствует информация возможности управления внешними устройствами через TTL;</p> <p>9. Отсутствует описание предлагаемого программного обеспечения.</p>

*Бурд*

*М.А.*





№ п/п	Критерии оценки	ТОО «Промикс»	ТОО «Юмгискор»
1.	Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в течение последних 10 (десяти) лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями актов приема - передач поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг***	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены
2.	Если гарантийный период товаров, работ, услуг в тендерной заявке больше базового, указанного в тендерной документации	Гарантийный период – 24 месяца	Гарантийный период – 24 месяца
3.	Наличие у потенциального поставщика государственной лицензии соответствующей предмету закупаемых товаров, работ, услуг (в случае если закупки, подлежат обязательному лицензированию)	Имеется	Имеется
4.	Соответствие поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг функциональным техническим характеристикам и требованиям, установленным в технической спецификации тендерной документации	Не соответствует	Не соответствует

*Бул*

*М.а*

<p><b>Примечание:</b> (указать все установленные несоответствия и/или замечания)</p>	<p>Имеются несоответствия предлагаемого оборудования пункту 2 «Технические и качественные характеристики» приложения 3 к Тендерной документации, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласно Технической спецификации ширины поля штатива должна быть не менее 25 мм, потенциальным поставщиком предлагается микроскоп с шириной поля - 22 мм;</li> <li>2. Согласно Технической спецификации расстояние конденсора должно – не менее 28 мм, потенциальным поставщиком предлагается конденсор с рабочим расстоянием – 27 мм; основа конденсора должна иметь не менее чем 7-позиционный диск, потенциальным поставщиком предлагается – 6 позиционный диск;</li> <li>3. В наличии должны быть объективы с увеличением 5х, 10х, 20х, 40х, 63х, потенциальным поставщиком предлагаются объективы с увеличением 4х, 10х, 20х, 40х, 60х.</li> <li>4. Потенциальным поставщиком не указано возможное время выдержки (экспозиция) камеры;</li> <li>5. Согласно Технической спецификации в наличии должны быть системы фильтров со следующими длинами волн: 1) возбуждающий пропускающий фильтр: 470/40, 2) возбуждающий пропускающий фильтр: 525/20; 3) возбуждающий пропускающий фильтр: 420/30, 4) возбуждающий пропускающий фильтр: 465/20, 5) возбуждающий пропускающий фильтр: 515-560, пропускающий фильтр: 590.</li> </ol> <p>Предложены блоки фильтров со следующими длинами волн: 1) возбуждающий пропускающий фильтр: 460-490, пропускающий фильтр: 420-480, пропускающий фильтр: 520; 2) возбуждающий пропускающий фильтр: 520; 3) возбуждающий пропускающий фильтр: 545-580, пропускающий фильтр: 610; 4) длины волн предлагаемого трехполосного набора фильтров не указаны.</p>
<p>Имеются несоответствия предлагаемого оборудования пункту 2 «Технические и качественные характеристики» приложения 3 к Тендерной документации, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласно Технической спецификации ширины поля штатива должна быть не менее 25 мм, потенциальным поставщиком предлагается микроскоп с шириной поля - 22 мм;</li> <li>2. Согласно Технической спецификации рабочее расстояние конденсора должно – не менее 28 мм, потенциальным поставщиком предлагается конденсор с рабочим расстоянием – 27 мм; основа конденсора должна иметь не менее чем 7-позиционный диск, потенциальным поставщиком предлагается – 6 позиционный диск;</li> <li>3. В наличии должны быть объективы с увеличением 5х, 10х, 20х, 40х, 63х, потенциальным поставщиком предлагаются объективы с увеличением 4х, 10х, 20х, 40х, 60х.</li> <li>4. Потенциальным поставщиком не указано возможное время выдержки (экспозиция) камеры;</li> <li>5. Согласно Технической спецификации в наличии должны быть системы фильтров со следующими длинами волн: 1) возбуждающий пропускающий фильтр: 470/40, 2) возбуждающий пропускающий фильтр: 525/20; 3) возбуждающий пропускающий фильтр: 420/30, 4) возбуждающий пропускающий фильтр: 465/20, 5) возбуждающий пропускающий фильтр: 515-560, пропускающий фильтр: 590.</li> </ol> <p>Потенциальным поставщиком предложены блоки фильтров со следующими длинами волн: 1) возбуждающий пропускающий фильтр: 460-490, пропускающий фильтр: 420-480, пропускающий фильтр: 520; 2) возбуждающий пропускающий фильтр: 520; 3) возбуждающий пропускающий фильтр: 545-580, пропускающий фильтр: 610; 4) длины волн предлагаемого трехполосного набора фильтров не указаны.</p>	<p>Имеются несоответствия предлагаемого оборудования пункту 2 «Технические и качественные характеристики» приложения 3 к Тендерной документации, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласно Технической спецификации ширины поля штатива должна быть не менее 25 мм, потенциальным поставщиком предлагается микроскоп с шириной поля - 22 мм;</li> <li>2. Согласно Технической спецификации рабочее расстояние конденсора должно – не менее 28 мм, потенциальным поставщиком предлагается конденсор с рабочим расстоянием – 27 мм; основа конденсора должна иметь не менее чем 7-позиционный диск, потенциальным поставщиком предлагается – 6 позиционный диск;</li> <li>3. В наличии должны быть объективы с увеличением 5х, 10х, 20х, 40х, 63х, потенциальным поставщиком предлагаются объективы с увеличением 4х, 10х, 20х, 40х, 60х.</li> <li>4. Потенциальным поставщиком не указано возможное время выдержки (экспозиция) камеры;</li> <li>5. Согласно Технической спецификации в наличии должны быть системы фильтров со следующими длинами волн: 1) возбуждающий пропускающий фильтр: 470/40, 2) возбуждающий пропускающий фильтр: 525/20; 3) возбуждающий пропускающий фильтр: 420/30, 4) возбуждающий пропускающий фильтр: 465/20, 5) возбуждающий пропускающий фильтр: 515-560, пропускающий фильтр: 590.</li> </ol> <p>Потенциальным поставщиком предложены блоки фильтров со следующими длинами волн: 1) возбуждающий пропускающий фильтр: 460-490, пропускающий фильтр: 420-480, пропускающий фильтр: 520; 2) возбуждающий пропускающий фильтр: 520; 3) возбуждающий пропускающий фильтр: 545-580, пропускающий фильтр: 610; 4) длины волн предлагаемого трехполосного набора фильтров не указаны.</p>

	6. В предлагаемом программном обеспечении не указана возможность проведения флуоресцентных измерений.	6. В предлагаемом программном обеспечении не указана возможность проведения флуоресцентных измерений.
--	---	---

**Руководитель экспертной комиссии:**  
Булембаев Т. Д.

11.12.12  
(дата)

  
(подпись)

**Члены экспертной комиссии:**

Аскарова Ш.Н.

11.12.2012  
(дата)

  
(подпись)

Гуляев. А.Е.

11.12.2012  
(дата)

  
(подпись)

Ибрашева Д.Э. находится в служебной командировке согласно приказу Генерального директора ЧУ «Центр наук о жизни» от 30.11.2012г. № 87-ic/c.

**Экспертное заключение**  
по закупкам товаров по комплектации лабораторий частного учреждения «Центр наук о жизни»  
по лоту №2 «Автоматическая окрасивающая станция»

№ п/п	Критерии оценки	ТОО «Жолдау»
1.	Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в течение последних 10 (десяти) лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями актов приема - передач поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг***	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены
2.	Если гарантийный период товаров, работ, услуг в тендерной заявке больше базового, указанного в тендерной документации	Документы, подтверждающие данный критерий не представлены
3.	Наличие у потенциального поставщика государственной лицензии соответствующей предмету закупаемых товаров, работ, услуг (в случае если закупки, подлежат обязательному лицензированию)	Имеется
4.	Соответствие поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг функциональным техническим характеристикам и требованиям, установленным в технической спецификации тендерной документации	Не соответствует
5	<b>Примечание:</b> (указать все установленные несоответствия и/или замечания)	<p>Имеются несоответствия предлагаемого оборудования пункту 2 «Технические и качественные характеристики» приложения 3 к Тендерной документации, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отсутствует информация: о диапазоне поддержания температуры станции;</li> <li>2. Отсутствует информация о возможности передвижения по осям «X», «Y», «Z».</li> <li>3. Отсутствует информация о наличии системы контроля испарения основанной на использовании угольного фильтра.</li> <li>4. Согласно Технической спецификации аппарат должен иметь не менее 11 корзин для образцов, каждая вместимостью не менее 30 образцов (стеклов), потенциальным поставщиком предлагается 5 корзин для образцов, каждая вместимостью на 20 стекол.</li> <li>5. Согласно Технической спецификации в наличии должны быть предметные стекла, стандартные не менее 5000 штук, потенциальным поставщиком предлагается 72 штуки.</li> <li>6. Согласно Технической спецификации в наличии должны быть покровные стекла не менее 5000 штук, потенциальным поставщиком предлагается 100 штук.</li> </ol>




**Руководитель экспертной комиссии:**

Булембаев Т. Д.

11.12.2012  
(дата)

(подпись)

**Члены экспертной комиссии:**

Аскарова Ш.Н.

11.12.2012  
(дата)

(подпись)

Гуляев. А.Е.

11.12.12  
(дата)

(подпись)

Ибрашева Д.Э. находится в служебной командировке согласно приказу Генерального директора ЧУ «Центр наук о жизни» от 30.11.2012г. № 87-с/с.