

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ЧУ «Центр энергетических исследований»  
Байгарин К.Ө.  
«30» Октября 2012 года



Электронное объявление об осуществлении закупок  
оборудования для оснащения лабораторий ЧУ «Центр наук о жизни»  
способом запроса ценовых предложений

Заказчик: Частное учреждение «Центр наук о жизни», г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53.  
Организатор закупок: Частное учреждение «Центр энергетических исследований», г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53.

№	Наименование товаров	Краткое описание товаров	Единица измерения	Количество	Срок поставки товаров	Условия поставки в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	Место поставки товаров	Сумма, выделенная для закупки в тенге без учета НДС
1	Магнитный сепаратор	Полное описание закупаемых товаров (с указанием технических условий) указаны в приложении 1 к договору	штука	2	В течение 45 календарных дней со дня подписания договора	DDP	г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж	493 780
2	Магнитный концентратор	Полное описание закупаемых товаров (с указанием технических условий) указаны в приложении 1 к договору	штука	1	В течение 45 календарных дней со дня подписания договора	DDP	г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж	225 893
3	Отсасыватель медицинский с колбой-ловушкой	Полное описание закупаемых товаров (с указанием технических условий) указаны в приложении 1 к договору	штука	1	В течение 45 календарных дней со дня подписания договора	DDP	г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж	80 357
4	Флюориметр	Полное описание закупаемых товаров (с указанием технических условий) указаны в приложении 1 к договору	штука	1	В течение 45 календарных дней со дня подписания договора	DDP	г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж	491 071

Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page.

5	Сумка-холодильник для транспортировки биоматериала	Полное описание закупаемых товаров (с указанием технических условий) указаны в приложении 1 к договору	штука	1	В течение 45 календарных дней со дня подписания договора	DDP	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж	13 000
6	микроволновая печь для разогрева реагентов	Полное описание закупаемых товаров (с указанием технических условий) указаны в приложении 1 к договору	штука	1	В течение 45 календарных дней со дня подписания договора	DDP	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж	13 000
7	Морозильник	Полное описание закупаемых товаров (с указанием технических условий) указаны в приложении 1 к договору	штука	1	В течение 45 календарных дней со дня подписания договора	DDP	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж	44 643
8	Иммуноферментный анализатор	Полное описание закупаемых товаров (с указанием технических условий) указаны в приложении 1 к договору	штука	1	В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу договора	DDP	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж	5 258 929
9	Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием	Полное описание закупаемых товаров (с указанием технических условий) указаны в приложении 1 к договору	штука	10	В течение 45 календарных дней со дня вступления в силу договора	DDP	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж	7 494 833
10	Устройство для получения эмульсий с аксессуарными комплектом держателей	Полное описание закупаемых товаров (с указанием технических условий) указаны в приложении 1 к договору	комплект	1	В течение 45 календарных дней со дня вступления в силу договора	DDP	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж	4 417 857

Астана, 14.07.2023 г.

М.П.

11	Анализатор вина	Полное описание закупаемых товаров (с указанием технических условий) указаны в приложении 1 к договору	штука	1	В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора	DDP	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж	3 261 000
12	ПЦР амплификатор	Полное описание закупаемых товаров (с указанием технических условий) указаны в приложении 1 к договору	штука	1	В течение 45 календарных дней со дня вступления в силу договора	DDP	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж	3 169 643
13	ПЦР амплификатор	Полное описание закупаемых товаров (с указанием технических условий) указаны в приложении 1 к договору	штука	2	В течение 45 календарных дней со дня вступления в силу договора	DDP	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж	5 178 572
14	ПЦР амплификатор	Полное описание закупаемых товаров (с указанием технических условий) указаны в приложении 1 к договору	штука	2	В течение 45 календарных дней со дня вступления в силу договора	DDP	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж	5 714 286

1. Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в запечатанном конверте с 09 ч. 00 мин. «31» октября 2012 года до 10 ч. 00 мин. местного времени «09» ноября 2012г. включительно, по адресу: г.Астана, пр.Кабанбай Батыра, 53, каб. \_\_\_\_\_.

2. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:

- 1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
- 2) наименование и почтовый адрес частного учреждения «Центр энергетических исследований», которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в электронном объявлении об осуществлении закупок товара способом запроса ценовых предложений;
- 3) наименование закупок товаров, для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.

3. Ценовое предложение должно включать все расходы, связанные с поставкой товара.

4. Проект договора о закупках с указанием существенных условий и техническая спецификация прилагается.

5. Срок подписания потенциальным поставщиком договора о закупках товаров в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления ему Частным учреждением «Центр наук о жизни» подписанного проекта договора о закупках.

6. В случае если потенциальный поставщик (поставщик) уклонился от заключения договора о закупках, не исполнил или частично не исполнил свои обязательства по заключенным с ним договорам о закупках, данный потенциальный поставщик (поставщик) вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков), в порядке определенном Исполнительным органом Автономной организацией образования «Назарбаев Университет».

*Handwritten signature and date: 01.11.12*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature and date: 01.11.12*

7. Потенциальный поставщик для участия в закупках товара подает 1 (одно) ценовое предложение, которое содержит следующие документы:

- 1) подписанное ценовое предложение, скрепленное печатью (при ее наличии) потенциального поставщика с указанием следующих сведений: наименование, юридический и фактический адрес, банковские реквизиты потенциального поставщика; наименование, количество, место и срок поставки поставляемых товаров; цену за единицу и общую цену товаров без учета НДС;
  - 2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
  - 3) подписанную техническую спецификацию, скрепленную печатью (при ее наличии) потенциального поставщика по форме согласно приложению 1 к проекту договора и иные документы, оформленные согласно требованиям, предусмотренным технической спецификацией;
  - 4) нотариально засвидетельствованную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию).
8. Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан представляет те же документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего объявления, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения, с засвидетельствованным нотариусом переводом на язык электронного объявления об осуществлении закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.
9. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его полного согласия осуществить поставку товаров в соответствии с требованиями и условиями, установленными электронным объявлением, проектом договора о закупках, технической спецификацией.
10. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (7172) 70 62 40.

Приложение: проект договора о закупках.

**Генеральный директор  
ЧУ «Центр наук о жизни»**



**Ж.Жумадилов**



**Проект договора № \_\_\_\_\_**  
**о закупках оборудования для оснащения лабораторий ЧУ «Центр наук о жизни»**  
**способом запроса ценовых предложений**

г. Астана

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 года

Частное учреждение «Центр наук о жизни», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Жумадилова Ж.Ш., действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_

(Полное наименование поставщика)

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_  
(Указать должность, Ф.И.О.)

действующего на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Правил закупок товаров, работ, услуг, утвержденных протоколом Попечительского совета автономной организации образования «Назарбаев Университет» от 10.12.2011 г. №3 (далее - Правила) и решения об утверждении итогов закупок способом запроса ценовых предложений от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 года № \_\_\_\_\_ заключили настоящий Договор о закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить оборудование для оснащения лабораторий ЧУ «Центр наук о жизни» (далее - Товар) в количестве, сроках и на условиях согласно Приложению 1 к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость Товара согласно условиям Договора.

1.2. Поставщик при поставке Товара обязуется оказать сопутствующие услуги (далее - Сопутствующие услуги) согласно Приложению 1 к Договору.

1.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) Договор;
- 2) техническая спецификация (Приложение 1 к Договору).

### 2. СРОКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Сроки поставки Товара: согласно приложению 1 к Договору.

2.2. Сроки оказания Сопутствующих услуг: согласно приложению 1 к Договору.

2.3. Сроком начала поставки Товара и оказания Сопутствующих услуг считается дата вступления в силу Договора.

2.4. Местом поставки Товара и оказания Сопутствующих услуг является: Республика Казахстан, г. Астана, пр.Кабанбай, батыра 53, 9 блок, 5 этаж.

### 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_ тенге и включает в себя стоимость Товара и Сопутствующих услуг, упаковки и маркировки Товара, страховые издержки, таможенную очистку Товара, расходы по доставке Товара до места поставки, в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан регистрацию товара, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС, и не подлежит изменению в сторону увеличения.

3.2. Оплата Товара в рамках настоящего Договора производится Заказчиком безналичным способом в течение 30 (тридцати) рабочих дней по факту поставки Товара согласно подписанному Сторонами акту приема-передачи Товара, в соответствии с требованиями пунктов 6.3-6.6 Договора, и предоставления документов согласно п.6.2 Договора.

3.2.2. Форма акта приема-передачи Товара предварительно согласовывается Поставщиком с Заказчиком.

3.2.3. Оплата по настоящему Договору производится при условии поставки полного перечня Товара и Сопутствующих услуг, входящих в соответствующий(-ие) лот(-ы) согласно Приложению 1 к Договору.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

##### **4.1. Поставщик вправе:**

- 1) требовать выполнения условий настоящего Договора со стороны Заказчика;
- 2) досрочно осуществить поставку Товара по согласованию с Заказчиком.

##### **4.2. Поставщик обязуется:**

- 1) обеспечить полное и качественное исполнение взятых на себя обязательств по Договору;
- 2) своевременно и надлежаще осуществить поставку Товара;
- 3) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;
- 4) не допускать необоснованных затрат со стороны Заказчика при поставке Товара;
- 5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика кому-либо содержание Договора или какое-либо из его положений, а также технической документации или информации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения Договора. При этом, Поставщик обязуется предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения им обязательств по Договору;
- 6) не использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;
- 7) оказать Сопутствующие услуги в соответствии с п. 1.2 Договора;
- 8) обеспечивать защиту Товара от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими условиями, в том числе, но не ограничиваясь осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;
- 9) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;
- 10) самостоятельно нести ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц, привлеченных по письменному согласованию с Заказчиком, при выполнении обязательств по настоящему Договору;

##### **2.3. Заказчик вправе:**

- 1) требовать информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

2) проверить поставленный Товар и Сопутствующие услуги на соответствие Приложению 1 к Договору.

#### **2.4. Заказчик обязуется:**

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товара и оказания Сопутствующих услуг;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать поставленный Товар и Сопутствующие услуги.

### **5. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА, ПРОВЕРКА ТОВАРА НА СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ**

5.1. Товар, поставляемый в рамках данного Договора, должен соответствовать или быть выше технических характеристик, указанных в технической спецификации (приложение 1 к Договору).

5.2. Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставляемого Товара на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 1 к Договору). При этом, все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде и своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.3. Технический контроль и испытания могут проводиться на территории Поставщика, в месте поставки и/или в конечном пункте назначения Товара. Если они проводятся на территории Поставщика, представителям Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.4. Если Товар, прошедший технический контроль или испытания, не отвечает технической спецификации, Заказчик может отказаться от принятия такого Товара, а Поставщик, в свою очередь, обязуется заменить Товар на Товар, соответствующий требованиям технической спецификации без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика либо произвести возврат цены Договора с выплатой штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

5.5. В случае возникновения разногласий по техническим характеристикам поставляемого Товара, Стороны руководствуются технической спецификацией (приложение 1 к Договору).

5.6. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара в процессе его транспортировки, погрузочно-разгрузочных операциях и его хранении, не допуская его повреждения, порчи, ухудшения, боя, лома, намокания. Упаковка Товара должна соответствовать правилам международных перевозок. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность места поставки Товара и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товара. Маркировка должна включать в себя наименование страны происхождения Товара и наименование производителя.

5.7. Упаковка и маркировка Товара, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать Технической спецификации.

5.8. Поставка Товара в упаковке, не отвечающей требованиям пунктов 5.6 и 5.7 Договора, может рассматриваться Заказчиком как поставка Товара ненадлежащего качества.

### **6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ**

## ТОВАРА

6.1. Условия поставки Товара: Поставка Товара Поставщиком осуществляется на условиях DDP Инкотермс 2010 по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж .

6.2. При поставке Товара Поставщик должен предоставить Заказчику следующие документы:

- 1) акт приема-передачи Товара в 2 (двух) экземплярах, подписанных Сторонами;
- 2) оригинал счета-фактуры Поставщика, выписанный на дату акта приема-передачи и оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан, или для нерезидентов инвойс;
- 3) 1 (одна) расходная накладная (оригинал) на прием-передачу Товара с детализацией по составу, количеству и стоимости закупаемого оборудования, в соответствии с Приложением 1 к Договору;
- 4) сертификат соответствия Товара, в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 5) письменную гарантию на поставляемый товар согласно приложению 1 к Договору;
- 6) документы, подтверждающие, что оборудование подключается кабелями и аксессуарами к электрическим розеткам 220 В, 50 Гц без дополнительных переходников или трансформаторов;
- 7) документы, подтверждающие, что Поставщик обеспечил доставку товаров к рабочему месту, их разгрузку, вывоз упаковочного материала и мусора.

6.3. Приемка Товара Заказчиком по количеству осуществляется в месте поставки Товара на основании расходной накладной.

6.4. Приемка Товара по качеству и комплектности производится в месте поставки в течение 5 (пять) рабочих дней со дня поставки Товара и оказания Поставщиком Сопутствующих услуг, но не позднее сроков указанных в главе 2 Договора. При приемке Товара Заказчиком могут присутствовать представители Поставщика.

6.5. В случае выявления в процессе приемки Товара дефектов, несоответствий Технической спецификации Заказчик вправе приостановить приемку. В этом случае Сторонами составляется дефектный акт с описанием выявленных дефектов и несоответствий Товара и срока их устранения. В случае отказа Поставщика от подписания дефектного акта, Заказчик составляет мотивированный отказ от принятия Товара и направляет один экземпляр Поставщику.

6.6. В случае составления дефектного акта или направления мотивированного отказа Заказчик вправе не принимать поставленный Товар или по своему усмотрению принять такой Товар только в той части, в отношении которой в процессе приемки не были выявлены дефекты и не соответствия.

6.7. Поставщик считается исполнившим свои обязанности по поставке Товара и оказанию Сопутствующих услуг с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи Товара.

6.8. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара согласно настоящему разделу Договора. В случае частичной приемки Товара риск случайной гибели Товара переходит к Заказчику в соответствующей части.

6.9. Заказчик обязуется принять отклоненный по результатам приемки Товар на ответственное хранение. При этом Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение, или распорядиться им иначе в разумный срок. В случае не исполнения Поставщиком обязанности по вывозу Товара, Заказчик вправе распорядиться им в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **7. ГАРАНТИЯ**

7.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.

7.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым, неиспользованным, свободным от прав третьих лиц.

Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар будет поставлен без дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании его в условиях, обычных для Республики Казахстан.

7.3. Заказчик обязан уведомить Поставщика обо всех претензиях, связанных с данной гарантией. В срок не более чем в 10 (десять) рабочих дней после получения уведомления Поставщик обязан устранить дефекты за свой счет, включая все расходы, связанные с этим.

7.4. Если Поставщик, получив уведомление, по истечении 10 (десять) рабочих дней не устранил недостатки, Заказчик вправе применить необходимые меры по устранению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

7.5. Поставщик гарантирует Заказчику своевременную поставку Товара и оказание Сопутствующих услуг в соответствии с Приложением 1 к Договору.

7.6. В течение срока действия гарантии на Товар, в случае поломки Товара по причине, не зависящей от воли и/или действий Заказчика, Поставщик гарантирует произвести ремонт или поставить новый Товар за счет собственных средств.

7.7. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставления информации о запасных частях, изготавливаемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. Если Поставщик не может поставить часть или весь Товар и (или) оказать Сопутствующие услуги в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вправе вычесть из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1% (ноль целых один процент) от цены Договора за каждый день просрочки.

8.2. В случае нарушения Поставщиком установленных Заказчиком сроков устранения дефектов в Товаре или его замены, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости дефектного Товара, за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы Договора.

8.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Товара, предусмотренного пунктом 3.2. Договора Заказчик по требованию Поставщика уплачивает неустойку в размере 0,1 (ноль целых одной десятой процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки платежа, но не более 5% (пяти процентов) от суммы, подлежащей оплате.

8.5. Выплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по Договору.

8.6. Заказчик вправе удержать суммы неустойки и штрафа из платежа, причитающегося Поставщику по Договору.

8.7. В случае ненадлежащей поставки или невозможности поставить Товар Поставщиком, помимо неустойки, предусмотренной в п. 8.1 и п. 8.2, Поставщик оплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены Договора.

8.8. Заказчик вправе обратиться к Поставщику с требованием о возмещении своих убытков в случае, если такие убытки возникли у Заказчика по вине Поставщика, включая убытки, связанные с нарушением Поставщиком условий настоящего Договора.

информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

10.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства по Договору.

10.6. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше 1 (один) месяца, то Стороны имеют право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить все необходимые документы и сведения, подтверждающие такие обстоятельства. К числу таких документов и сведений относятся, но не исключительно: документы, выданные уполномоченными государственными органами, документ, свидетельствующий об обстоятельствах непреодолимой силы, выданный торгово-промышленной палатой, сведения, предоставляемые транспортными организациями и другие документы и сведения.

## **11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ**

11.1. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.

11.2. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.3. Если Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в межрайонном экономическом суде города Астаны в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

## **12. УВЕДОМЛЕНИЕ**

12.1. Все уведомления (сообщения, документация, акты, счета и пр.), которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором или в связи с ним, должны быть сделаны в письменной форме и будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом с уведомлением о вручении, или по телеграфу, или доставлены лично по адресам, указанным в настоящем Договоре, с оформлением расписки о вручении, или отправлены по указанному в настоящем Договоре факсу с последующим предоставлением оригинала. Поставщик и Заказчик вправе выбрать любой из вышеуказанных способов.

12.2. Датой получения уведомления (сообщения, документации, актов, счетов и пр.) считается дата его получения другой Стороной согласно отметке на уведомлении о вручении письма или телеграммы, либо дата расписки о вручении личного уведомления другой Стороне, либо дата отправки факса.

## **13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

13.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует 31 Декабря 2012 года.

## **14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

14.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

14.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

14.3. Внесение изменений в Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Поставщика, допускается в случаях, предусмотренных Правилами.

14.4. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по Договору без письменного согласия Заказчика.

14.5. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

14.6. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются Правилами и законодательством Республики Казахстан.

14.7. В случае изменения реквизитов, Сторона направляет другой Стороне уведомление в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения реквизитов.

## **15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**Заказчик:**

---

---

---

---

**Поставщик:**

---

---

---

---

Приложение №1  
к договору  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 года № \_\_\_\_\_

## Техническая спецификация

1. Наименование товара: оборудование для оснащения лабораторий ЧУ «Центр наук о жизни»

№	Наименование закупаемого товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки товара	Место поставки товара
1	Магнитный сепаратор	штука	2	В течение 45 календарных дней со дня подписания договора	г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж
2	Магнитный концентратор	штука	1	В течение 45 календарных дней со дня подписания договора	г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж
3	Отсасыватель медицинский с колбой-ловушкой	штука	1	В течение 45 календарных дней со дня подписания договора	г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж
4	Флюориметр	штука	1	В течение 45 календарных дней со дня подписания договора	г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж
5	Сумка-холодильник для транспортировки биоматериала	штука	1	В течение 45 календарных дней со дня подписания договора	г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж
6	микроволновая печь для разогрева реагентов	штука	1	В течение 45 календарных дней со дня подписания договора	г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж
7	Морозильник	штука	1	В течение 45 календарных дней со дня подписания договора	г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж
8	Иммуноферментный анализатор	Штука	1	В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу договора	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  
  


9	Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием	Штука	10	В течение 45 календарных дней со дня вступления в силу договора	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж
10	Устройство для получения эмульсий с аксесуарами и комплектом держателей	Комплект	1	В течение 45 календарных дней со дня вступления в силу договора	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж
11	Анализатор вина	Штука	1	В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж
12	ПЦР амплификатор	Штука	1	В течение 45 календарных дней со дня вступления в силу договора	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж
13	ПЦР амплификатор	Штука	2	В течение 45 календарных дней со дня вступления в силу договора	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж
14	ПЦР амплификатор	Штука	2	В течение 45 календарных дней со дня вступления в силу договора	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, 9 блок, 5 этаж

**2. Перечень лицензий, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку, реализацию закупаемых товаров, выполнение работ и оказание услуг, в том числе указание государственного органа, правомочного на выдачу лицензий:**

Лот №1 «Магнитный сепаратор» – лицензия не требуется;

Лот №2 «Магнитный концентратор» – лицензия не требуется;

Лот №3 «Отсасыватель медицинский с колбой-ловушкой» – лицензия на занятие фармацевтической деятельностью (розничная либо оптовая реализация медицинской техники), Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

Лот №4 «Флюориметр» - лицензия на занятие фармацевтической деятельностью (розничная либо оптовая реализация медицинской техники), Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

Лот №5 «Сумка-холодильник для транспортировки биоматериала» - лицензия не требуется;

11122

Лот №6 «Микроволновая печь для разогрева реагентов» - лицензия не требуется;

Лот №7 «Морозильник» - лицензия не требуется;

Лот №8 «Иммуноферментный анализатор» – лицензия на занятие фармацевтической деятельностью (розничная либо оптовая реализация медицинской техники), Министерством здравоохранения Республики Казахстан;

Лот №9 «Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием» – лицензия не требуется;

Лот №10 «Устройство для получения эмульсий с аксессуарами и комплектом держателей» - лицензия не требуется;

Лот №11 «Автоматическая окрашивающая станция» – лицензия не требуется.

Лот №12 «ПЦР амплификатор» - лицензия на занятие фармацевтической деятельностью (розничная либо оптовая реализация медицинской техники), Министерством здравоохранения Республики Казахстан;

Лот №13 «ПЦР амплификатор» - лицензия на занятие фармацевтической деятельностью (розничная либо оптовая реализация медицинской техники), Министерством здравоохранения Республики Казахстан;

Лот №14 «ПЦР амплификатор» - лицензия на занятие фармацевтической деятельностью (розничная либо оптовая реализация медицинской техники), Министерством здравоохранения Республики Казахстан.

### 3. Технические и качественные характеристики: Товары по комплектации лабораторий частного учреждения «Центр наук о жизни».

№	Наименование лота	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол -во
1	Магнитный сепаратор	В комплект поставки должен входить штатив с магнитом и держателем пробирок. Рабочий объем должен быть от 10 мл до 2000 мкл. Сепаратор должен вмещать не менее 16 шт. стандартных 1,5 – 2 мл пробирок. Держатель пробирок должен легко выниматься из штатива с магнитом.	штука	2
2	Магнитный концентратор	Магнитный концентратор должен вмещать не менее 96 лунок для ПЦР стрипов, ПЦР плашек и ПЦР плашек без юбочки, с лунками объемом до 200 мкл.). Магнитный концентратор должен включать не менее 7 магнитов. Пластиковая основа концентратора должна быть прочной и должна соответствовать формату 96-луночных ПЦР планшетов. Данный концентратор должен концентрировать магнитные частицы на боковых сторонах лунок, так чтобы излишняя жидкость могла быть легко удалена, а	штука	1

 111 OF 111

		осажденные магнитные частицы не были повреждены. Данный концентратор должен иметь запасной 13 ряд для качественного перемешивания реакционных смесей.	
3	Отсасыватель медицинский с колбой-ловушкой	<p>Аспиратор с колбой-ловушкой предназначен для аспирации/удаления остатков растворов/буфера из микропробирок при очистке, переосаждении ДНК / РНК и других макромолекул.</p> <p>Принцип действия аспиратора должен быть основан на создании отрицательного давления в колбе ловушке с помощью встроенного микро компрессора.</p> <p>Собирающий наконечник должен соединяться с полиэтиленовой трубкой, которая должна присоединяться к колбе. Держатель трубки-организатора должен быть расположен с правой стороны и должен вмещать две трубки (например, для раствора соляной кислоты и дистиллята), необходимые для промывки и хранения наконечника, так что наконечник может быть использован повторно.</p> <p>Всасывающий фильтр должен устранять риск микробиологического загрязнения колбы-ловушки бактериями, вирусами и зараженными частицами.</p> <p>Микробиологический фильтр всасывания должен быть гидрофобным: с КПД не менее 99,9% и должен задерживать частицы размером не менее 0,027 микрон.</p> <p>В наличии должен быть 8 канальным адаптером коллектором.</p> <p>Давление вакуума аспиратора должно быть не менее 500 мбар, 50-80 кПа.</p> <p>Объем колбы должен быть не менее 1 литра.</p> <p>Диаметр трубки отсоса должен быть не более 8 мм, а длина не менее 2 м.</p> <p>Производительность по воде должна быть не менее 6 л/мин. Производительность по воздуху должна быть не менее 18 л/мин. Аспиратор должен иметь емкости для секрета: не менее 2-х стеклянных банок объемом по 2 или 3л.</p>	штука 1
4	Флюориметр	<p>Используется для количественного определения ДНК, РНК и белка.</p> <p>Время анализа 1 образца не должно превышать 5 сек; время прогрева должно быть не более 2 сек; оптическая система должна состоять из светодиодов, фильтров возбуждения и эмиссии, фотодиодов;</p> <p>Чувствительность для ДНК должна составлять 200 пг, для РНК – 5нг, для белков – 250 нг. Динамический диапазон должен быть не менее 5 порядков. Калибровка должна проходить по 2 или 3 точкам.</p> <p>Флюориметр должен поддерживать следующий стандартный набор: полипропиленовые ППР – пробирки объемом 0,5 мл, объем пробы от 1-20 мкл.</p>	штука 1

5	Сумка-холодильник для транспортировки биоматериала	Сумка-холодильник для транспортировки биоматериала. Объем сумки должен быть не менее 21 л. Охлаждение должен быть не менее 15 град. ниже температуры окружающей среды. Должна быть в наличии двухсторонняя система вентиляции. Длина сетевого шнура не менее 1.8м.	штука	1
6	миковолновая печь для разогрева реагентов	Тип управления - сенсорный; Мощность не менее 800 Вт; Объем не менее 20 л.	штука	1
7	Морозильник	Морозильник с общим объемом не менее 142 л, из них полезный объем должен быть не менее 118 л, с системой ручной разморозки, в наличии должно быть не менее 4-х отделений с механическим типом управления. Мощность замораживания должна быть не менее 18 кг/сутки.	штука	1
8	Иммуноферментный анализатор	<p>Иммуноферментный анализатор состоит из фотометра (ридера), промывателя, термощейкера.</p> <p><b>Характеристики Фотометра (ридера):</b> должен иметь следующие минимальные возможности: метод определения - абсорбция, метод считывания - конечная точка, кинетика, сканирование области ячеек, считывание не менее 96 микролунок, подробное меню встроенной системы анализа данных, множественный выбор построения кривых с хранением данных и возможностью повторного использования, формулы оценки и контроля достоверности, выбор не менее 5 фильтров по длинам волн.</p> <p>Волновой диапазон должен быть в пределах от 340 до 750 нм или шире, динамический диапазон должен быть от 0 до 3.0 ОП или больше (ОП далее - оптическая плотность), разрешение должно быть не менее 0.001 ОП, погрешность должна быть меньше 1% или равно или меньше 2.0 ОП.</p> <p>Необходимо наличие встроенного программного обеспечения.</p> <p>Необходимо наличие принтера для распечатки результатов анализов.</p> <p><b>Характеристики промывателя:</b> промыватель должен быть автоматическим, с высокой производительностью, не менее чем для 96 – луночных планшет.</p> <p>В наличии должны быть: шприцевой привод для высокоточной подачи рабочих жидкостей, распределительная система буфера двойного действия. Скорость процесса на 3 цикла должна быть меньше 140 секунд. Встроенное программное обеспечение должно содержать не менее 75 программ для функционирования, должен</p>	шт.	1



		иметь защиту от переполнения и перелива. Погрешность распределения должна быть не больше 2,5 %.		
		<b>Характеристики термостата:</b> Термостат должен быть рассчитан не менее чем на 2 микропланшета. Перемешивание образцов должно быть мягким и интенсивным. Должны быть функции цифрового регулирования, стабилизации и индикации скорости вращения, антивибрационная система.		
9	Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием	<p>Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием должен быть мощностью не менее 8000ВА, 6000Вт. Должен иметь двойное преобразование тока. Время работы при полной нагрузке должно быть не менее 5 мин; при половинной нагрузке не менее 15 мин. Форма выходного сигнала: синусоид. Коэффициент полезного действия должен быть не менее 96 % или не менее 5760 Вт. Коэффициент нелинейных искажений должен быть не более 5 %. Аппарат должен обладать возможностью сетевого управления. Подключение к аппарату должно осуществляться через розетку, соответствующую европейскому стандарту.</p>	шт	10
10	Устройство для получения эмульсий с аксессуарами и комплектом держателей	<p>Программируемый гомогенизатор для получения эмульсий перед проведением эмульсионной ППР. Гомогенизация должна осуществляться путем встряхивания адаптеров с твердыми шариками.</p> <p>Диапазон колебаний в минуту должен быть от 180 и не менее 1800 колебаний.</p> <p>Диапазон таймера должен быть в диапазоне не менее чем от 10 секунд до 99 минут.</p> <p>Емкость должна вмещать не менее 96 образцов.</p> <p>В комплект поставки должен входить набор адаптеров: на 96 лунок не менее 2-х штук, на 24 пробирки не менее 2-х штук, емкости объемом до 100 мл не менее 2-х штук.</p>	шт.	1
11	Анализатор вина	<p>Анализатор вина должен определять состав вина/винных напитков и иметь следующие возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- производительность анализатора должна быть не менее 100 анализов в час;</li> <li>- программируемый объем реагентов должен быть в диапазоне не менее чем от 10 до 550 мкл, программируемый объем образцов в диапазоне не менее чем от 3 до 80 мкл;</li> <li>- максимальное количество образцов должно быть не менее 50;</li> <li>- диапазон измерений должен быть не менее чем от 0,05 до 3,0 А;</li> <li>- в наличии должны быть фильтры: 340, 405, 420, 480, 520, 560, 600, 620, 635 нм;</li> </ul> <p>не менее 4-х штативов для образцов.</p>	шт.	1



	<p>Анализатор вина должен определять в вине и винных напитках следующие параметры: Glucose/Fructose (глюкоза/фруктоза); D-Lactic Acid (D-молочная кислота); L-Lactic Acid (L-молочная кислота); Malic Acid (яблочная кислота); Total Sulfite (общее содержание сульфитов); Primary Amino Nitrogen (первичный азот аминокислот); Tartaric Acid (виннокаменная кислота); Amonia (аммиак); Acetic Acid (уксусная кислота); Glucosonic acid (глюконовая кислота); Glycerol (глицерин); Free sulfite (свободные сульфиты); Copper (медь); Polyphenols (полифенолы); Acetaldehyde (Ацетальдегиды).</p> <p>В наличии должны быть: компьютер с процессором не менее Intel Core семейства i3 с тактовой частотой не менее 3 GHz или аналогичного, оперативной памятью RAM не менее 4Gb, объемом жесткого диска HDD не менее 500Gb, наличие пишущего оптического привода DVD+RW, видео памятью Video RAM не менее 1GB, с предустановленной лицензионной ОС Windows 7x64 bit семейства Professional или аналогичного; жидкокристаллический монитор технологии LED или LCD или аналогичный, с разрешением не менее 1920x1080, размером экрана не менее 21"; лазерный принтер формата A4, черно-белый, скорость печати должна быть не менее 18 стр/мин, разрешение должно быть не менее 600x600 dpi., разъем подключения USB.</p> <p>Также в наличии должен быть комплект реагентов: Tartaric Acid - Набор для определения виннокаменной кислоты – 5 наборов; Color - Набор для определения цветности – 5 наборов; Polyphenols - Набор для определения полифенолов – 20 наборов; Acetaldehyde - Набор для определения ацетальдегидов – 5 наборов.</p>		
12	<p>ПЦР амплификатор</p>	<p>Блок ПЦР амплификатора должен быть алюминиевый и вмещать не менее 384 лунок для пробирок и плашек с лунками объемом 0,02 мл, должен иметь не менее шести независимых температурных зон.</p> <p>Модуль должен обеспечивать скорость нагрева и/или охлаждения блока не менее чем 3,9° C/сек, нагрев и/или охлаждение должно производиться за счет элементов Пелтье. Диапазон температур должен быть не менее чем, от 4 до 99,9 °C, отклонения в точности температуры должны быть не более 0,25 °C. Температурная однородность по блоку должна быть не более 0. 5°С.</p> <p>В наличии должна быть нагреваемая крышка, поддерживаемая температура которой должна достигать не менее 105°С.</p> <p>Должна быть возможность работы ПЦР амплификатора без минерального масла.</p>	шт 1

13	<p>ПЦР амплификатор</p>	<p>Блок ПЦР амплификатора должен вмещать не менее 96 лунок для пробирок и плашек с лунками объемом 0,02 мл. Вмещаемый объем реакционной смеси должен быть не менее 125 мкл.</p> <p>Модуль должен обеспечивать скорость нагрева и/или охлаждения блока не менее чем 5°C/сек. Отклонения в точности температуры должны составлять не более 0.2 °C. Градиентный нагрев модуля должен достигать не менее 24°C. Контроль температуры должен быть расчетный, по блоку.</p> <p>В наличии должна быть нагреваемая крышка. Амплификатор должен быть оснащен цветным сенсорным дисплеем высокого разрешения. Программные опции должны включать пошаговое графическое, текстовое и автоматическое программное обеспечение. Амплификатор должен формировать отчет об ошибках протекании реакций и о системных ошибках. Амплификатор должен быть совместим с внешними USB устройствами. Память амплификатора должна быть рассчитана на не менее 1000 типовых программ.</p>	шт	2
14	<p>ПЦР амплификатор</p>	<p>Блок ПЦР амплификатора должен вмещать не менее 96 лунок для пробирок и плашек с лунками объемом 0,02 мл.</p> <p>Модуль должен быть позолоченный и должен обеспечивать скорость нагрева и/или охлаждения блока 5°C/сек. Нагрев и/или охлаждение должно производиться за счет элементов Пелтье. Диапазон задаваемых температур должен быть не менее чем, от 4 до 99,9 °C. Отклонения в точности температур в диапазоне не менее чем, от 35 до 99,9°C не должны превышать 0.25 °C. Отклонения в температурной однородности по блоку не должны превышать 5 °C. Максимальная разница температур по блоку должна составлять не более 0,5°C. Диапазон температур градиента должен быть не менее чем от 35-100 °C. Отклонения в точности градиента не должны превышать 0,25°C. Встроенная память амплификатора должна включать до не менее 100 протоколов.</p>	шт	2

**4. Проверка и испытание:** потенциальный поставщик должен представить гарантийное письмо о том, что оборудование собрано и протестировано на заводах фирмы-изготовителя.

**5. Соответствие стандартам (международным/внутренним):** не требуется.

**6. Гарантийный срок на предоставляемое оборудование:**

Гарантия должна быть не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания окончательного акта приема-передачи Товара, должна быть предоставлена поставщиком в письменном виде;

**7. Прочие требования:**

 11.05.2017

7.1. Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в закупках должен:

7.1.2. предоставить оригиналы или нотариально заверенные копии авторизационных писем от производителей (или их региональных представителей) и/или другие документы, подтверждающие партнерские отношения между потенциальным поставщиком и производителем на предлагаемое оборудование и право потенциального поставщика на их поставку.

7.1.3. предоставить цветные изображения поставляемого оборудования, на бумажном носителе формата А4.

7.1.4. предоставить письмо-гарантию потенциального поставщика о сервисном и техническом обслуживании и ремонте оборудования в течение не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию и подписания акта приема передачи Товара с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования, их комплектующих или их замены в срок не более 25 дней с момента устного или письменного уведомления Заказчиком.

7.1.5. предоставить письмо-обязательство о внесении товаров в государственный реестр лекарственных средств, изделий медицинского назначения, в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

7.1.6. предоставить письмо-обязательство о внесении товаров в государственный реестр обеспечения единства измерения Республики Казахстан, в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Если товар необходимо внести в реестр СИ РК то также необходимо предоставить письмо-гарантию о проведении поверки в уполномоченных органах Республики Казахстан, в течение четырех месяцев с момента поставки с предоставлением соответствующих подтверждающих документов. Срок годности поверки должен быть не менее 10 месяцев.

7.2. Потенциальный поставщик должен в составе заявки на участие в закупках предоставить гарантийное письмо о том, что при поставке товара он:

7.2.1. предоставит нотариально засвидетельствованные копии свидетельств, или сертификатов соответствия на предлагаемые товары, в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан; документы, подтверждающие, что дата изготовления оборудования не позднее 1 января 2012 г.; техническую и эксплуатационную документацию на каждый вид оборудования с переводом содержания на государственный, английский и русский языки.

7.2.2. предоставит последние лицензионные версии программного обеспечения, существующего на момент поставки, к каждому виду оборудования, которое требует установки такого программного обеспечения.

## **8. Прочие условия:**

8.1. оборудование должно подключаться кабелями и аксессуарами к электрическим розеткам 220 В, 50 Гц без дополнительных переходников или трансформаторов.

## **9. Сопутствующие услуги:**

9.1. доставка товаров к рабочему месту, их разгрузка, распаковка, установка, наладка и запуск оборудования, проверка характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д), установка программного обеспечения.